

Warszawa, dnia 25 lipca 2019 r.

**Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu w trybie
zapytania ofertowego**

Instytut Fizyki PAN uprzejmie informuje, iż wpłynęły następujące pytania co do treści zapytania ofertowego:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie bezolejowej pompy wstępnej typu Scroll o szybkości pompowania $14,5\text{m}^3/\text{h}$, ciśnieniu końcowym 0,009 mbar oraz szybkości obrotowej 1740 rpm?

Zamawiający nie akceptuje zaproponowanej zmiany.

2. Czy z uwagi na dwutygodniowy przestój produkcyjny firmy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji do 94 dni kalendarzowych ?

Zamawiający akceptuje zaproponowaną zmianę.

Zamawiający dokonuje zmiany: Termin wykonania zamówienia: 94 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy.

Sporządził:
Krzysztof Podsiadłowicz

